

Formation à l'utilisation du défibrillateur semi-automatique

Grilles d'évaluation

Conformes au Guide national de référence

GRILLE D'ÉVALUATION FORMATIVE DSA

FE1 - RCP de base en équipe (sans DSA)

Situation : La victime, allongée sur le dos, est inconsciente et ne respire pas.
Objectif : Mettre en oeuvre à un ou deux sauveteurs la séquence d'identification d'un ACR, d'alerte des secours publics médicalisés et de RCP en utilisant du matériel de premiers secours à disposition.

NOM et Prénom

Est-ce que le participant à la formation :

Critères	1	2	3	4	Observations
Assure la protection et écarte les témoins ?					
Vérifie l'absence de réaction de la victime (<i>la saisit par la main et lui parle</i>) ?					
Libère les V.A. (bascule la tête en arrière, tire la mâchoire vers le haut) et vérifie l'absence de ventilation (<i>regarde, écoute et sent</i>) ?					
Appelle ou fait appeler les secours médicalisés ?					
Réalise 2 insufflations progressives efficaces (<i>de 1,5 à 2 s ; la poitrine se soulève</i>) ?					
Vérifie l'absence de signes de circulation (<i>regarde et apprécie la respiration, prend le pouls, pas plus de 10 s</i>) ?					
Réalise 15 compressions sternales (<i>moitié inférieure du sternum, fréquence 100/min, relâche la poitrine entre chaque compression</i>) suivies de 2 insufflations ?					
Après 5 cycles de 15/2, contrôle les signes de circulation (<i>pas plus de 10 s</i>) ?					
Reprend 5 cycles de 15/2 en leur absence ou adapte la conduite à tenir en leur présence ?					
Utilise correctement les matériels à disposition (insufflateur, oxygène, aspirateur de mucosités) ?					

1- Maîtrise

2- Quelques erreurs

3- Beaucoup d'erreurs

4- Ne maîtrise pas

Date :

L'objectif est-il atteint ?

OUI

Formateur :

NON

GRILLE D'ÉVALUATION FORMATIVE DSA

FE2 - Mise en fonction du défibrillateur

Situation : Le défibrillateur semi-automatique doit être mis en oeuvre.
Objectif : Mettre en oeuvre en toute sécurité un défibrillateur semi-automatique.

NOM et Prénom

Est-ce que le participant à la formation :

Critères	1	2	3	4	Observations
Met en marche le DSA (appuie sur le bouton marche/arrêt de l'appareil) ?					
Ouvre le paquet, sort les électrodes et les connecte au câble ¹ ?					
Colle les électrodes sur la poitrine nue de la victime, en position correcte (conforme au schéma sur le paquet ou les électrodes) et les connecte au DSA ?					
Demande de s'écarter de la victime et appuie sur le bouton d'analyse ² s'il est présent (<i>le DSA autorise le choc et se charge</i>) ?					
S'assure que personne ne touche la victime et appuie sur le bouton pour délivrer le choc dans le temps imparti (90 s entre la mise en marche et la délivrance du premier choc) ?					
Met hors-fonction le DSA (appuie sur le bouton marche/arrêt à la demande du formateur)					

1- Maîtrise

2- Quelques erreurs

3- Beaucoup d'erreurs

4- Ne maîtrise pas

Date :

L'objectif est-il atteint ?

OUI

Formateur :

NON

¹ Si les électrodes ne sont pas pré-connectées.

² Si l'analyse est initiée par l'opérateur.

GRILLE D'ÉVALUATION FORMATIVE DSA

FE3 - RCP- DSA

Situation : La victime, allongée sur le dos, est inconsciente et ne respire pas.
Objectif : Mettre en oeuvre à deux sauveteurs au moins, la procédure d'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.

NOM et Prénom

Est-ce que le participant à la formation :

Critères	1	2	3	4	Observations	
Vérifie l'absence de réaction (la saisit par la main et lui parle) ?						
Libère les V.A. (bascule la tête en arrière, tire la mâchoire vers le haut) ?						
Vérifie l'absence de ventilation (regarde, écoute et sent...) ?						
Fait alerter les secours médicalisés et demande si nécessaire un DSA ?						
Recherche les signes de circulation (absence de signes) et fait débiter ou débute les compressions thoraciques et les insufflations (rapport de 15/2, 80 à 100 comp./min) ?						
Dépose le DSA près de la victime, met en marche le DSA ?						
Colle les électrodes en position correcte sur la poitrine de la victime et les connecte au DSA ?						
Demande de s'écarter de la victime et appuie sur le bouton d'analyse s'il est présent ?						
Le DSA autorise le choc et se charge « procédure choc autorisé »						
Appuie sur le bouton pour délivrer le choc dans le temps imparti (90 s entre mise en marche et délivrance du 1 ^{er} choc) après avoir vérifié que personne ne touche la victime ?						
Répète éventuellement 1 à 2 fois le cycle analyse-choc et/ou s'arrête quand le DSA indique « procédure choc non autorisé » ?						
Le DSA n'autorise pas le choc « procédure choc non autorisé »						
Recherche les signes de circulation ?						
En leur absence, reprend les compressions thoraciques associées aux insufflations ou les insufflations seules si le pouls est présent et la respiration absente ?						
Reprend la procédure choc indiqué si le DSA le demande ?						
Continue à surveiller le pouls et la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée de l'équipe médicale (PLS si nécessaire ; laisse le DSA connecté à la victime) ?						
Met hors-fonction le DSA (appuie sur le bouton marche-arrêt de l'appareil à la demande du médecin) ?						

1- Maîtrise

2- Quelques erreurs

3- Beaucoup d'erreurs

4- Ne maîtrise pas

Date :

L'objectif est-il atteint ?

OUI

Formateur :

NON

ÉVALUATION CERTIFICATIVE CFAPSE-DSA

(décret du 27 mars 1998, décret du 3 juillet 2000, arrêté du 4 février 1999,
arrêté du 10 septembre 2001, GNRFUDSA)

Situation : La victime, allongée sur le dos, est inconsciente et ne respire pas.
Objectif : Mettre en oeuvre à deux sauveteurs au moins, la procédure d'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.

NOM et Prénom du candidat.....

Critères de certification

L'action du participant est correcte si :

Critères	Correct	Incorrect	Observations
L'alerte des secours médicalisée est réalisée			
Les manoeuvres de réanimation sont correctes			
La sécurité de la victime, des sauveteurs et des témoins est assurée durant l'analyse et le choc,			
La procédure d'utilisation du DSA est correcte			
La réaction à toute anomalie éventuelle de fonctionnement est pertinente			

Note à l'attention du jury : Si le participant ne montre pas une action correcte, il est nécessaire, après un ajustement, de renouveler cet exercice devant un évaluateur différent.

Décision du jury :

APTE

INAPTE

Analyse et suivi de l'action

Ces différents critères permettent de suivre l'action réalisée par le participant.

	Observations
Vérifie l'absence de réaction de la victime ?	
Libère les V.A. et vérifie l'absence de ventilation ?	
Fait alerter les secours médicalisés et réalise 2 insufflations efficaces ?	
Recherche les signes de circulation (absence de signes) et débute les compressions thoraciques et les insufflations (15/2, 80 à 100 comp./min) (Le DSA arrive après 2 cycles de RCP)	
Dépose le DSA près de la victime, met en marche le DSA	
Colle les électrodes en position correcte et les connecte au DSA	
Demande à toutes personnes de s'écarter de la victime et appuie sur le bouton d'analyse s'il est présent ? (le DSA autorise le choc et se charge « procédure choc autorisé »)	
S'assure que personne ne touche la victime et appuie sur le bouton pour délivrer le choc dans le temps imparti ?	
Répète éventuellement 1 à 2 fois le cycle analyse-choc et/ou s'arrête quand le DSA indique « procédure choc non autorisé » ?	
S'assure que personne ne touche la victime et appuie sur le bouton pour délivrer le choc dans le temps imparti ?	
Répète éventuellement 1 à 2 fois le cycle analyse-choc et/ou s'arrête quand le DSA indique « procédure choc non autorisé » ?	
Recherche les signes de circulation (mouvements, pouls, respiration) ?	
En leur absence, reprend les compressions thoraciques associées aux insufflations ou les insufflations seules si le pouls est présent et la respiration absente ?	
Répète les étapes 7, 8, et 9 si le DSA le demande « procédure choc autorisé » ?	
Continue à surveiller le pouls et la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée de l'équipe médicale (PLS si nécessaire, laisse le DSA connecté à la victime)	
Met hors fonction le DSA (appuie sur le bouton marche-arrêt de l'appareil à la demande du médecin) ?	